

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张恩泽	
	职称: 放射治疗师	
	工作单位: 歙县有盼科医院	
项目信息	项目名称: 歙县人民医院高清腹腔镜采购项目	
	供应商名称: 安徽璟龙生物科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>贵院拟采购等离子内镜电切镜, 经与贵院正在使用的STORZ TC200主机配套使用, 属于专用专用, 其它品牌的等离子内镜电切镜不能与其匹配, 且贵院的授权的供应商安徽璟龙生物科技有限公司, 因此采用单一来源的方式进行采购。</p>	
专业人员签字	张恩泽	日期: 2024年11月25日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	陈红军	
	职称:	主任	
	工作单位:	安徽环龙生物技术有限公司	
项目信息	项目名称:	歙县人民医院高清腹腔镜采购项目	
	供应商名称:	安徽环龙生物技术有限公司	
专业人员论证意见	<p>目的:该院购置高清腹腔镜,其系统品牌为STORZ(TC220)腹腔镜摄像系统,购置的镜头为专用配件,不能匹配其他品牌,产品具有唯一性,安徽环龙生物技术有限公司为安徽省唯一区域代理商,因此以该公司以单一来源方式采购。</p>		
专业人员签字	陈红军	日期:	2024年11月25日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韦 彦
	职称: 副主任医师
	工作单位: 安徽省公安厅研究所
项目信息	项目名称: 歙县人民医院高清腹腔镜采购项目
	供应商名称: 安徽璟龙生物科技有限公司
专业人员论证意见	<p>该项目为医院在开设备STORZ TC20腹腔镜摄像主机及配套镜头, 参数没有限制, 其他品牌接口不能直接匹配无法配套使用, 只有同品牌镜头才能完全兼容配套, 另外该品牌摄像主机控制, 目前市场上只有璟龙生物科技有限公司即该品牌镜头经销商处有售。</p> <p>综上: 建议该单一来源采购。</p>
专业人员签字	<p>韦 彦</p> <p>日期: 2024 年 11 月 25 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。